

## EXOLUM CORPORATION, S.A. LABORATORIO DE METROLOGÍA

Dirección: Ctra. Torrejón - Loeches, Km. 3,2 (M-206); 28890 Loeches (Madrid)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **84/LE392**

Fecha de entrada en vigor: 24/03/2000

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 15 fecha 17/05/2022)

**Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:**

	Código
Ensayos "in situ"	I

#### ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA:

##### Contadores y verificación de equipos de medida

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
<b>Contadores volumétricos y sistemas de medida de volumen de hidrocarburos líquidos a presión atmosférica</b>			
Medidores de volumen de hidrocarburos líquidos a presión atmosférica con viscosidades cinemáticas entre 0,6 mm <sup>2</sup> /s y 6 mm <sup>2</sup> /s a 15°C.  Presiones entre 100 kPa y 1000 kPa	Ensayo de verificación por comparación con contador volumétrico patrón  (caudales de ensayo entre 2,4 m <sup>3</sup> /h y 240 m <sup>3</sup> /h)	Procedimiento interno CIT.0194.MET.SR.SP	I